



부록 4-32. 온도 기록

온도 기록지

장비명	<input type="checkbox"/> 검체냉동고 <input checked="" type="checkbox"/> 검체냉장고	장비위치	한림대성심병원 CTC 채혈실
장비모델명(설정온도)	CBR-150-605 (Min/Max : 2 °C ~ 8 °C , Setting Temperature : 4 °C)		
점검연월(YYYY.MM)	2024 년 01 월		

날 짜	확인시간(HH:MM)	오전(Actual)	확인시간(HH:MM)	오후(Actual)	담당자 서명
1	09 : 01	4.19	15 : 00	4.21	김은미
2	09 : 10	3.95	16 : 26	3.80	김은미
3	09 : 32	4.10	16 : 19	4.30	김은미
4	09 : 26	4.00	15 : 06	4.00	김은미
5	09 : 20	4.30	15 : 25	4.10	김은미
6	09 : 00	4.31	15 : 00	4.22	김은미
7	09 : 00	3.82	15 : 00	4.21	김은미
8	10 : 26	3.60	16 : 32	3.90	김은미
9	10 : 02	4.00	16 : 11	4.30	김은미
10	09 : 06	4.10	16 : 36	4.20	김은미
11	09 : 09	4.10	16 : 13	4.20	김은미
12	10 : 23	4.20	14 : 30	4.30	김은미
13	09 : 00	4.03	15 : 00	3.81	김은미
14	09 : 00	3.98	15 : 00	3.89	김은미
15	09 : 10	4.10	16 : 47	3.90	김은미
16	09 : 42	4.30	15 : 51	4.20	김은미
17	09 : 45	4.30	16 : 12	3.90	김은미
18	09 : 35	4.00	15 : 11	3.90	김은미
19	10 : 50	4.30	15 : 37	4.00	김은미
20	09 : 00	4.18	15 : 00	4.06	김은미
21	09 : 00	3.94	15 : 00	3.89	김은미
22	09 : 20	4.10	14 : 19	3.90	김은미
23	09 : 23	3.90	15 : 18	4.30	김은미
24	10 : 52	3.60	14 : 36	4.20	김은미
25	10 : 01	4.30	14 : 59	4.20	김은미
26	10 : 54	4.30	14 : 12	4.30	김은미
27	09 : 00	3.93	15 : 00	4.29	김은미
28	09 : 00	3.89	15 : 00	4.33	김은미
29	09 : 46	4.30	15 : 41	3.90	김은미
30	09 : 57	3.80	14 : 20	4.10	김은미
31	09 : 36	3.80	17 : 13	4.00	김은미

장비 담당자 이름/서명: 김은미 / 김은미 서명일: 2024. 02. 01