



## 온도 기록지

장비명	<input checked="" type="checkbox"/> 검체냉동고 <input type="checkbox"/> 검체냉장고	장비위치	한림대성심병원 CTC 검체보관실
장비모델명(설정온도)	DF8514 (Min/Max : -70°C ~ -90°C , Setting Temperature : -80°C)		
점검연월(YYYY.MM)	2024년 01월		

날 짜	확인시간(HH:MM)	오전( Actual )	확인시간(HH:MM)	오후( Actual )	담당자 서명
1	09 : 00	-80.5	15 : 00	-76.7	가은
2	09 : 10	-80.1	16 : 26	-78.3	가은
3	09 : 32	-80.4	16 : 17	-77.4	가은
4	09 : 26	-77.3	17 : 23	-78.9	가은
5	09 : 29	-80.9	15 : 25	-77.6	가은
6	09 : 00	-78.1	15 : 00	-80.0	가은
7	09 : 00	-78.0	15 : 00	-77.9	가은
8	10 : 35	-81.2	16 : 31	-78.4	가은
9	09 : 04	-80.4	16 : 07	-80.9	가은
10	09 : 10	-80.5	16 : 13	-81.0	가은
11	09 : 04	-79.1	14 : 51	-77.2	가은
12	11 : 30	-78.8	14 : 26	-80.3	가은
13	09 : 00	-78.7	15 : 00	-76.4	가은
14	09 : 00	-80.6	15 : 00	-80.1	가은
15	09 : 05	-80.1	16 : 47	-78.8	가은
16	09 : 41	-75.9	15 : 45	-76.4	가은
17	09 : 46	-79.1	16 : 12	-80.5	가은
18	09 : 40	-80.4	15 : 12	-77.5	가은
19	10 : 50	-79.4	15 : 38	-76.9	가은
20	09 : 00	-80.5	15 : 00	-77.5	가은
21	09 : 00	-80.9	15 : 00	-77.7	가은
22	09 : 05	-80.4	14 : 19	-76.9	가은
23	09 : 23	-80.2	15 : 09	-80.6	가은
24	10 : 53	-79.5	14 : 35	-78.8	가은
25	10 : 02	-80.0	14 : 59	-74.1	가은
26	10 : 20	-78.0	14 : 09	-77.8	가은
27	09 : 00	-80.9	15 : 00	-80.1	가은
28	09 : 00	-80.8	15 : 00	-81.0	가은
29	09 : 46	-81.0	14 : 58	-80.0	가은
30	09 : 57	-77.3	14 : 20	-75.6	가은
31	09 : 37	-78.5	17 : 13	-79.5	가은

장비 담당자 이름/서명 : 김은미 / 가은 . 서명일 : 2024. 01. 01 .