

부록 4-32. 온도 기록

온도 기록지

장비명	<input type="checkbox"/> 검체냉동고 <input checked="" type="checkbox"/> 검체냉장고	장비위치	한림대성심병원 CTC 채혈실
장비모델명(설정온도)	CBR-150-605 (Min/Max : 2 °C ~ 8 °C , Setting Temperature : 4 °C)		
점검연월(YYYY.MM)	2024 년 02 월		

날 짜	확인시간(HH:MM)	오전(Actual)	확인시간(HH:MM)	오후(Actual)	담당자 서명
1	09 : 08	4.30	15 : 28	4.00	가은
2	09 : 51	3.70	17 : 07	3.70	가은
3	09 : 00	4.19	15 : 00	3.94	가은
4	09 : 00	3.72	15 : 00	4.30	가은
5	11 : 21	4.40	15 : 16	4.20	가은
6	09 : 13	4.30	14 : 55	3.70	가은
7	09 : 29	4.20	16 : 02	4.30	가은
8	11 : 30	4.20	14 : 57	3.70	가은
9	09 : 00	3.60	15 : 00	3.99	가은
10	09 : 00	4.26	15 : 00	3.70	가은
11	09 : 00	4.13	15 : 00	4.12	가은
12	09 : 00	3.87	15 : 00	4.11	가은
13	11 : 42	3.90	16 : 50	4.10	가은
14	09 : 00	4.30	15 : 18	4.40	가은
15	10 : 43	4.20	14 : 50	4.20	가은
16	11 : 53	4.20	16 : 37	3.70	가은
17	09 : 00	3.82	15 : 00	4.00	가은
18	09 : 00	3.60	15 : 00	3.97	가은
19	10 : 32	4.30	15 : 20	4.10	가은
20	11 : 47	4.10	16 : 39	4.30	가은
21	10 : 50	4.00	15 : 12	3.90	가은
22	11 : 26	4.20	14 : 21	4.30	가은
23	09 : 37	4.00	14 : 20	3.90	가은
24	09 : 00	3.50	15 : 00	3.85	가은
25	09 : 00	3.54	15 : 00	4.00	가은
26	09 : 54	4.10	14 : 53	3.70	가은
27	09 : 55	3.70	16 : 00	3.70	가은
28	09 : 40	3.70	16 : 06	3.70	가은
29	10 : 15	3.80	14 : 25	4.10	가은
	:		:		

장비 담당자 이름/서명: 김은미 / 가은 서명일: 2024. 02. 04