

온도 기록지

장비명	<input checked="" type="checkbox"/> 검체냉동고 <input type="checkbox"/> 검체냉장고	장비위치	한림대성심병원 CTC 검체보관실
장비모델명(설정온도)	DF8514 (Min/Max : -70℃ ~ -80℃ , Setting Temperature : -80℃)		
점검연월(YYYY.MM)	2024년 02월		

날 짜	확인시간(HH:MM)	오전(Actual)	확인시간(HH:MM)	오후(Actual)	담당자 서명
1	10 : 55	-179.1	15 : 24	-176.7	김은미
2	10 : 24	-177.7	14 : 40	-177.9	김은미
3	09 : 00	-178.1	15 : 00	-178.6	김은미
4	09 : 00	-178.1	15 : 00	-177.0	김은미
5	11 : 21	-177.1	15 : 16	-176.0	김은미
6	09 : 13	-177.8	15 : 20	-177.0	김은미
7	09 : 29	-180.9	16 : 03	-177.1	김은미
8	11 : 38	-178.4	14 : 52	-177.6	김은미
9	09 : 50	-180.5	15 : 00	-178.4	김은미
10	09 : 00	-180.5	15 : 00	-178.0	김은미
11	09 : 00	-180.8	15 : 00	-180.1	김은미
12	09 : 00	-179.0	15 : 00	-178.1	김은미
13	09 : 16	-180.8	14 : 18	-177.7	김은미
14	09 : 12	-177.3	15 : 18	-177.9	김은미
15	10 : 43	-180.7	14 : 50	-174.7	김은미
16	11 : 54	-181.2	16 : 35	-179.9	김은미
17	09 : 00	-180.8	15 : 00	-177.4	김은미
18	09 : 00	-178.0	15 : 00	-181.2	김은미
19	10 : 20	-180.1	15 : 12	-179.6	김은미
20	11 : 46	-177.7	16 : 39	-177.1	김은미
21	10 : 59	-177.2	15 : 12	-177.1	김은미
22	11 : 25	-181.0	14 : 21	-178.4	김은미
23	10 : 58	-179.8	14 : 26	-171.3	김은미
24	09 : 00	-178.1	15 : 00	-179.9	김은미
25	09 : 00	-178.8	15 : 00	-177.0	김은미
26	09 : 57	-181.0	14 : 53	-180.7	김은미
27	09 : 10	-180.0	16 : 01	-174.9	김은미
28	09 : 45	-180.8	16 : 06	-178.9	김은미
29	10 : 15	-179.1	14 : 12	-174.3	김은미
	:		:		

장비 담당자 이름/서명 : 김은미 / 김은미 서명일 : 2024. 02. 04