



온도 기록지

장비명	<input checked="" type="checkbox"/> 검체냉동고 <input type="checkbox"/> 검체냉장고	장비위치	한림대성심병원 CTC 검체보관실
장비모델명(설정온도)	DF8514 (Min/Max : -70°C ~ -80 °C , Setting Temoerature : -80°C)		
점검연월(YYYY.MM)	2024년 03월		

날 짜	확인시간(HH:MM)	오전 (Actual)	확인시간(HH:MM)	오후 (Actual)	담당자 서명
1	:		:		
2	:		:		
3	:		:		
4	09 : 10	-80.1	15 : 10	-79.2	가은
5	09 : 53	-76.4	15 : 19	-77.4	가은
6	09 : 18	-77.5	14 : 30	-80.3	가은
7	09 : 39	-81.0	15 : 59	-80.2	가은
8	10 : 29	-81.1	15 : 23	-78.3	가은
9	:		:		
10	:		:		
11	10 : 18	-79.1	15 : 33	-80.0	가은
12	09 : 25	-80.1	16 : 39	-78.8	가은
13	10 : 53	-79.9	15 : 04	-77.1	가은
14	10 : 06	-77.9	14 : 53	-81.4	가은
15	10 : 09	-78.4	15 : 10	-80.3	가은
16	:		:		
17	:		:		
18	^{샘플 추가} 10:09 11 : 49	-80.0	16 : 16	-80.6	가은
19	10 : 17	-80.6	17 : 24	-76.9	가은
20	09 : 15	-77.0	16 : 26	-78.8	가은
21	:		:		
22	09 : 31	-77.9	16 : 23	-76.7	가은
23	:		:		
24	:		:		
25	11 : 47	-79.4	15 : 04	-80.1	가은
26	09 : 15	-78.0	15 : 39	-76.4	가은
27	11 : 45	-79.3	17 : 19	-79.1	가은
28	09 : 40	-78.7	17 : 20	-79.2	가은
29	11 : 40	-80.0	17 : 30	-77.0	가은
30	:		:		
31	:		:		

장비 담당자 이름/서명: 가은 / 가은 서명일: 2024. 04. 01