

온도 기록지

장비명	□ 검체냉동고 ■ 검체냉장고	장비위치	한림대성심병원 CTC 채혈실
장비모델명(설정온도)	CBR-150-605 (Min/Max : 2 °C ~ 8 °C , Setting Temperature : 4 °C)		
점검연월(YYYY.MM)	2024년 04월		

날 짜	확인시간(HH:MM)	오전(Actual)	확인시간(HH:MM)	오후(Actual)	담당자 서명
1	09 : 15	3.50	15 : 24	3.60	김원
2	09 : 04	3.90	15 : 20	4.40	김원
3	09 : 10	4.10	14 : 49	4.00	김원
4	09 : 25	4.00	17 : 13	3.80	김원
5	09 : 20	4.00	15 : 11	4.30	김원
6	:		:		
7	:		:		
8	11 : 58	3.80	16 : 40	4.30	김원
9	10 : 30	3.90	15 : 01	3.90	김원
10	:		:		
11	09 : 32	4.00	15 : 25	4.00	김원
12	09 : 48	3.70	15 : 01	4.20	김원
13	:		:		
14	:		:		
15	09 : 56	4.10	16 : 44	4.20	김원
16	09 : 54	3.80	15 : 36	3.70	김원
17	09 : 23	4.00	15 : 28	4.30	김원
18	09 : 35	4.30	14 : 55	3.60	김원
19	11 : 02	3.70	16 : 10	4.00	김원
20	:		:		
21	:		:		
22	11 : 24	4.00	16 : 27	4.30	김원
23	11 : 20	3.80	16 : 00	4.00	김원
24	11 : 10	3.70	14 : 15	3.80	김원
25	09 : 10	3.90	15 : 25	4.00	김원
26	09 : 20	3.90	15 : 00	3.90	김원
27	:		:		
28	:		:		
29	10 : 05	4.00	16 : 05	3.70	김원
30	11 : 30	3.60	16 : 50	4.00	김원
	:		:		

* 휴일 온도 기록은 자동 온도 기록으로 대체함.

장비 담당자 이름/서명: 김원미 / 김원 서명일: 2024. 05. 02