

온도 기록지

장비명	■검체냉동고 □검체냉장고	장비위치	한림대성심병원 CTC 검체보관실
장비모델명(설정온도)	DF8514 (Min/Max : -70°C ~ -80°C , Setting Temperature : -80°C)		
점검연월(YYYY.MM)	2024년 04월		

날 짜	확인시간(HH:MM)	오전(Actual)	확인시간(HH:MM)	오후(Actual)	담당자 서명
1	09 : 10	-80.1	16 : 59	-80.3	76원
2	09 : 04	-76.9	15 : 16	-79.4	76원
3	09 : 10	-78.0	14 : 32	-77.6	76원
4	09 : 27	-77.1	15 : 24	-80.9	76원
5	09 : 05	-78.0	15 : 11	-77.7	76원
6	:		:		
7	:		:		
8	11 : 58	-77.2	16 : 36	-76.3	76원
9	10 : 44	-79.7	15 : 02	-79.0	76원
10	:		:		
11	09 : 25	-78.6	15 : 05	-79.5	76원
12	09 : 10	-79.0	16 : 16	-80.0	76원
13	:		:		
14	:		:		
15	09 : 57	-79.2	16 : 33	-79.7	76원
16	09 : 54	-77.5	17 : 27	-76.9	76원
17	11 : 11	-81.5	15 : 19	-81.4	76원
18	09 : 35	-76.2	14 : 44	-75.0	76원
19	11 : 02	-81.3	:		76원
20	:		:		
21	:		:		
22	11 : 10	-80.0	15 : 20	-79.8	76원
23	11 : 31	-79.3	15 : 23	-80.6	76원
24	10 : 30	-79.2	17 : 07	-76.7	76원
25	10 : 00	-78.3	15 : 05	-78.3	76원
26	11 : 06	-77.0	14 : 48	-77.9	76원
27	:		:		
28	:		:		
29	10 : 10	-78.1	15 : 30	-77.0	76원
30	10 : 55	-77.4	16 : 06	-78.0	76원
	:		:		

* 휴일 온도 기록은 자동 온도 기록으로 대체함.

장비 담당자 이름/서명: 김은미 / 76원 서명일: 2024. 05. 02